

## RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

### PREGÃO ELETRÔNICO 031/2023

Prezados(as) Licitantes,

Abaixo pedido de esclarecimentos, que veio através do e-mail licitação, datado de 04/07/2023, que segue com a devida resposta

De: XXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXX]

Enviada em: 04 de julho de 2023 13:10

Para: licitacao@saaeara.com.br

Assunto: Questinamento - PE 000031/2023

Bom dia, prezado Pregoeiro.

Após análise do edital temos 1 dúvida, sendo ela:

Q1: A Especificação do Item 1 do Lote 1 cita a necessidade de o Início de funcionamento ser “menor ou igual a 6l/h”. Contudo, visando a nossa participação no certame, gerando maior competitividade, solicitamos que seja aceito o Início de Funcionamento ser menor ou igual a 8l/h.

Agradecemos desde já a resposta.

Atenciosamente,

---

### **RESPOSTA DO SETOR REQUISITANTE:**

Os novos hidrômetros estão sendo utilizados em novas ligações e nos serviços de substituição preventiva realizados em Aracruz, visando a otimização e renovação do parque de hidrômetros da Autarquia.

Por auxiliar no serviço de combate às fraudes, os novos hidrômetros vêm para atender uma das principais exigências do novo Marco Legal do Saneamento, que é a redução de perdas, visando a continuidade da prestação de serviços à população, com qualidade, segurança e confiabilidade. A utilização de hidrômetros com início de funcionamento menor ou igual a 6 l/h visa reduzir significativamente as perdas por submedição. Diante disso serão mantidas as exigências do Edital.

Josimery de Oliveira Batista  
**Pregoeira**